

入札募集情報

令和4年5月13日公告

物件番号	西はりま第9号
物件名	AED（自動体外式除細動器）購入
納入場所	相生市旭一丁目1番3号 相生消防署 たつの市龍野町富永1005番地1 たつの消防署 宍粟市山崎町船元34番地1 宍粟消防署
購入数	3セット
納入期限	令和5年3月31日（金）まで
担当課	西はりま消防本部 警防課
業務概要	AED（自動体外式除細動器）の更新
同等品	不可
入札参加資格 （全項目に該当する者）	<p>① 登録要件 入札書の提出までに<u>令和4・5年度</u>西はりま消防組合入札参加資格者名簿（物品・役務）に登録がある者</p> <p>② 住所要件 なし</p> <p>③ その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公告日から開札日までの間、西はりま消防組合、構成市町又は兵庫県から指名停止を受けていない者 ・地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者 ・会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りでない。 ・警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、契約等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
予定価格	有 / 事後公表
最低制限価格	無
入札方法	郵便方式（一般書留・簡易書留郵便に限る。持参及び <u>普通郵便不可</u> ） ※任意の封筒表面に別紙2を糊付けし、入札書及び積算内訳書（任意様式）を封入すること。

入札書の提出期限及び提出先	提出期限	令和4年6月2日（木）17時必着 （※提出期限までに入札書の提出が無い場合は、無効とします。）
	提出書類	・入札書（入札金額には、消費税は含みません。） ・積算内訳書（任意様式）
	提出先	〒671-1692 兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1 西はりま消防本部 総務課
開札の日時及び場所	日時	令和4年6月3日（金）10時00分
	場所	西はりま消防本部 3階
	その他	代理人が立会いする場合は、委任状を持参ください。
仕様書の配布	西はりま消防組合ホームページに掲載	
入札に関する質問	期日	令和4年5月25日（水）16時まで
	方法	質問書（別紙3）により、西はりま消防本部総務課（FAX0791-72-6119）へFAX送信。 送信後、送信した旨の確認電話をすること。 （TEL0791-76-7119）
質問に対する回答	期日	令和4年5月27日（金）
	方法	西はりま消防組合ホームページに掲載
保証金	入札保証金 / 免除	
	契約保証金 / 契約金額の10%以上 ただし、契約規則第30条に該当する場合は免除。	
支払条件	前金払 / 無	
	部分払 / 無	
同額入札の場合の落札決定	<p>開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、入札者本人又は代理人（委任状が必要）が、その場でくじ引きにより落札者を決定する。</p> <p>ただし、同額入札者（代理人）の一部又は全員が入札会場にいない場合は、令和4年6月6日（月）10時00分から西はりま消防本部においてくじ引きを実施し落札者を決定する。</p> <p>なお、くじ引きに参加できない同額入札者（代理人）があるときは、当該入札事務に関係のない消防本部職員が代わってくじを引くこととする。</p>	

注意事項	<ul style="list-style-type: none">・ 関係法令等、入札に関する条件を熟知のうえ入札に参加のこと。・ 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出、発注者への報告等を怠ったときは、指名停止の対象となる。・ 別紙「入札に関する注意事項」参照
その他	<ul style="list-style-type: none">・ 入札執行回数 2回・ 開札の後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定する。・ 資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行う。

物件（業務）番号	西はりま第9号
----------	---------

入 札 書

物件（業務）名 AED（自動体外式除細動器）購入

納 入 場 所 相生市旭一丁目1番3号 相生消防署
たつの市龍野町富永1005番地1 たつの消防署
宍粟市山崎町船元34番地1 宍粟消防署

入 札 金 額 ¥ (税抜き)

上記物件については、西はりま消防組合契約規則（平成25年規則第31号）、契約条項その他関係書類、現場等を熟知のうえ、上記金額をもって入札します。

令和4年6月3日

西はりま消防組合

管理者 山 本 実 様

入札者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

㊞

別紙2

入札書の送付方法

封筒オモテに、下記様式(キリトリセン内)を貼りつけてください。

キリトリセン

〒671-1692

兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1

西はりま消防本部 総務課 宛

入札書在中

①	物件番号	西はりま第9号	消防組合受付印 何も記入しないでください。
②	開札日	令和4年6月3日	
③	商号または名称		
④	代表者氏名		

③④は入札参加者が必ず記入すること。

※必ず一般書留・簡易書留で郵送ください。

(別紙3)

質 問 書

社名			
担当者			
電話		FAX	
E-mail			

【質問】

件名	西はりま第9号 AED（自動体外式除細動器）購入

委任状

私は、_____を代理人と定め下記の
権限を委任します。

記

_____の
入札及び見積に関する一切の権限

受任者 使用印鑑	
-------------	--

令和 年 月 日

西はりま消防組合
管理者 山本 実 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

入札に関する注意事項

この案内は、郵便方式入札の参加に当たり、注意事項を記載していますので、必ずお読みください。

1 関係法令

地方自治法、同施行令、西はりま消防組合契約規則、その他指示事項を熟知のうえ、入札に参加してください。

2 入札書等の作成要領

入札書等の作成に当たっては、次の事項に留意のうえ作成してください。

記載誤り、押印漏れ、内容の不備等がある場合は、入札無効となるので十分ご注意ください。

(1) 入札書等は、黒のペン又はボールペンで記入してください。

(2) 入札書の入札者欄は、入札参加者の住所、商号又は名称、当該事業所の代表者職氏名（支店等で登録している場合は、必ずその支店長等の氏名を記入押印し、本社の代表取締役等の氏名は記載しないでください。）を記載し押印してください。

(3) 入札書の日付は、**入札（開札）の年月日**を記載してください。

(4) 記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、訂正箇所を押印してください。ただし、**入札金額の訂正は一切認めません。**

(5) 入札書の入札金額には、**消費税を含めない**でください。

3 入札書等の提出

(1) 入札書等は、指定された期日までに**一般書留郵便**又は**簡易書留郵便**で提出してください。

(2) 提出する際に使用する封筒は、任意の封筒とし、添付の様式（別紙2）を封筒の表面に糊付けし ①入札書、②その他特に提出を求められた書類を封入封かんしてください。

(3) 1枚の封筒には、1件分の必要書類しか入れることはできません。

4 入札の辞退（指名競争入札・事前審査型一般競争入札の場合のみ）

入札を辞退される場合は、入札日の前日までに入札辞退届を、郵送（普通郵便可）又は直接提出してください。

5 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効となります。

- (1) 入札書等の必要書類が同封されていない入札
- (2) 入札書に記名押印のない入札
- (3) 件名、入札金額、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名の記載のない入札又は不明確な入札
- (4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のない入札
- (5) 入札金額を訂正した入札
- (6) 予定価格を超える価格でした入札（予定価格を事前公表した場合）
- (7) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札
- (8) 入札参加資格審査の結果、入札参加資格のない者がしたと認められる入札
- (9) 虚偽の申請により資格を得た者のした入札
- (10) 入札に関する条件に違反した入札

6 落札者の決定

落札者を決定した時は、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手続きについて説明を行います。通知を受けた者は、契約手続きについて担当職員の指示に従ってください。

令和4年度

自動体外式除細動器(AED)仕様書

西はりま消防組合

自動体外式除細動器（AED）仕様書

この仕様書は、西はりま消防組合（以下「消防組合」という。）が令和4年度に購入する自動体外式除細動器（AED）の仕様について定める。

1 機器構成（1セットあたりの構成）

品名	規格・型式等(又は同等品)	数量	単位
カルジオライフ S	TEC-2601	1	台
リチウムイオンバッテリー	SB-220V X233	2	個
バッテリーチャージャー	SB-205V	1	台
クレードル用電源コード	L945	1	個
SDメモリーカード	QM-002D Y154F	2	枚
使い捨てパッド P700 シリーズ	P-721 H331	10	組
カルジオライフ S ケースカバー	スリムタイプ	1	個
自動体外式除細動器固定装置取付	収納庫 F110-RB44	1	台
除細動レポート表示ソフトウェア	QP-551V	1	個
パッドアダプター日本光電Ⅱ型	LM-073K（セーブマン）	1	個

2 機能・性能

- (1) 医療器具（除細動器）として医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全の確保等に関する法律上の承認を得ていること。
- (2) 出力波形は二相性波形であること。
- (3) 最新の JRC 蘇生ガイドラインに対応する機器であること。
- (4) 耐用期間は6年以上であること。

3 納入期限

令和5年3月31日まで

4 納入数

3セット

5 納入場所

- (1) 兵庫県相生市旭一丁目1番3号 相生消防署
- (2) 兵庫県たつの市龍野町富永1005番地1 たつの消防署
- (3) 兵庫県宍粟市山崎町船元34番地1 宍粟消防署

6 納入条件

- (1) 受注者は、高度管理医療機器等販売業の許可を受けていること。
- (2) 保証期間は、本体納入後5年間とし、正常な使用にも関わらず保証期間内に故障した場合は受注者が対応すること。
- (3) 耐用年数中に、JRC 蘇生ガイドラインの変更があった場合は、無償で受注者が対応すること。
- (4) 受注者は、物品を当組合指定の場所に納入し検収を受けること。また、納入後、機器の取扱いについて説明及び指導を行うこと。

7 注意事項

この仕様書に定めない事項については、消防組合と協議し、その指示に従うこと。